

ALCANCE DE ACREDITACIÓN

EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA S.A (EMASESA) Área de Control de Vertidos

Dirección: E.T.A.P Carambolo. Carretera Castilleja s/n. Bda. Coca de la Piñera;
41910 Camas (Sevilla)

Está acreditado por la **ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN**, conforme a los criterios recogidos en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005 (CGA-ENAC-LEC), para la realización de:

Ensayos en el sector medioambiental

ÁREA DE MUESTRAS MEDIOAMBIENTALES LÍQUIDAS

Categoría I (Ensayos "in situ")

PARTE A: ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICOS

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Aguas residuales	pH (3 - 12 uds de pH)	Procedimiento interno PD.010.07
	Conductividad a 25° C (1413 - 100000 µS/cm)	Procedimiento interno PD.010.08
	Temperatura (15° - 60 °C)	Procedimiento interno PD.010.06


